

- Dacă efectuați testul începând cu ziua în care este așteptată menstruația, puteți utiliza testul la orice oră pentru a afla dacă sunteți însărcinată.
- Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația, utilizați prima urină din ziua respectivă.
- Pentru un rezultat exact pe Indicatorul de săptămâni, trebuie să utilizați prima urină din ziua respectivă.
- Nu beți cantități mari de lichide înainte de efectuarea testului.
- Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.

1 Efectuați testul

Când sunteți pregătită să efectuați testul, scoateți dispozitivul test din folie și îndepărtați capacul albastru. Utilizați dispozitivul test imediat.

FIE
Efectuați testul în fluxul de urină

- Așezați doar vârful absorbant, îndreptat în jos în jetul de urină, timp de doar 5 secunde.
- Aveți grijă să nu udați cealaltă parte a dispozitivului test.
- Puneți la loc capacul și așezați dispozitivul test pe o suprafață plană.



SAU

Recoltați o mostră de urină într-un recipient curat și uscat

- Așezați doar vârful absorbant, îndreptat în jos în urină, după cum se arată, timp de doar 20 de secunde.
- Puneți la loc capacul și așezați dispozitivul test pe o suprafață plană.



Niciodată în timpul efectuării testului nu țineți dispozitivul test cu vârful absorbant orientat în sus.

2 Așteptați...

- Simbolul care indică faptul că trebuie să așteptați se va aprinde intermitent, ceea ce înseamnă că testul funcționează.
- Când simbolul de așteptare se stinge, apare rezultatul. Dacă simbolul de așteptare nu apare după ce ați utilizat testul, consultați „Erori test”.



3 Citiți rezultatul

Indicatorul de săptămâni oferă o estimare a momentului în care s-a realizat concepția. Aceste informații sunt indicate pe afișaj, împreună cu rezultatul „Însărcinată”.

- În decurs de 3 minute, pe afișaj va apărea rezultatul.
- Rezultatul „Însărcinată” poate apărea pe afișaj înainte de rezultatul din Indicatorul de săptămâni. **Continuați să așteptați** până când simbolul de așteptare se stinge și puteți vedea rezultatul Indicatorului de săptămâni. Aceasta poate dura până la 3 minute.
- Unele rezultate se pot afișa chiar și în decurs de 1 minut.
- Rezultatul va rămâne pe afișaj timp de aproximativ 24 de ore.
- Dacă rezultatul este „Însărcinată”, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătui ce este de făcut în continuare. Doctorul va calcula stadiul în care se află sarcina pe baza primei zile a menstruației anterioare.
- Concepția are loc cu aproximativ 2 săptămâni înainte de data în care este așteptată următoarea menstruație. Indicatorul de săptămâni oferă o estimare a momentului în care s-a realizat concepția.

Indicatorul săptămâni are o acuratețe de 93% în detectarea momentului în care ați rămas însărcinată. Acuratețea rezultatului „Însărcinată”/„Absență sarcină” este mai mare de 99% când testarea se face din ziua în care ar trebui să se instaleze menstruația.

Interpretarea rezultatelor

Rezultate	Durata de la momentul concepției	Modul în care medicul va stabili vârsta sarcinii (pe baza unui ciclu menstrual de 28 de zile*)
	Rezultatul obținut este „Absență sarcină” consultați întrebarea 13.	-
	Rezultatul dumneavoastră este „Însărcinată” și ați conceput în urmă cu aproximativ 1-2 săptămâni.	3-4 săptămâni
	Rezultatul dumneavoastră este „Însărcinată” și ați conceput în urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni.	4-5 săptămâni
	Rezultatul dumneavoastră este „Însărcinată” și ați conceput în urmă cu mai mult de 3 săptămâni.	5+ săptămâni

*Doctorul va calcula stadiul sarcinii dumneavoastră începând cu prima zi a menstruației anterioare, nu începând cu data concepției.

Erori test

Consultați secțiunea „Erori test” dacă ați utilizat dispozitivul test și afișajul nu indică nici unul dintre rezultatele de pe această pagină.

Întrebări și răspunsuri

1 Cum funcționează Clearblue cu indicator de săptămâni?

Când sunteți însărcinată, organismul dvs. produce hormonul de sarcină hCG (Gonadotropină corionică umană). Cantitatea de hCG din organism crește în primele faze ale sarcinii. Acest test poate detecta cantități infime din acest hormon în urina dumneavoastră (sensibilitatea acestui test este de 25 mIU/ml). Pe baza nivelului de hCG în urina dumneavoastră, Indicatorul de săptămâni oferă o estimare privind data concepției.

2 Ce exactitate are Clearblue cu indicator de săptămâni în detectarea sarcinii?

În testele de laborator, testul de sarcină Clearblue cu indicator de săptămâni are o exactitate de peste 99% în detectarea prezenței sau absenței sarcinii, când este utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația. Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația și obțineți rezultatul „Absență sarcină”, există totuși o șansă să fiți însărcinată. Consultați Întrebarea 4.

3 Ce exactitate are indicatorul de săptămâni?

Indicatorul săptămâni are o acuratețe de 93% în detectarea momentului în care ați rămas însărcinată. Estimarea se bazează pe nivelul hCG din urina dumneavoastră. Nivelul de hCG variază de la o femeie la alta și, prin urmare, este posibil ca Indicatorul săptămâni să furnizeze ocazional rezultate echivoce. S-a demonstrat că indicatorul de săptămâni corespunde în procent de 97% cu scanările de datăre cu ultrasunete ulterioare (săptămânile 11 - 13). Pe baza studiilor efectuate pe 187 de femei, comparând rezultatele (1-2, 2-3, 3+ săptămâni de la o concepție) cu examenul ecografic efectuat pentru stabilirea vârstei sarcinii. Dacă efectuați testul cu mai mult de 6 săptămâni după momentul concepției, Indicatorul de săptămâni poate furniza rezultate neașteptate. Acest lucru se întâmplă pentru că nivelul de hCG din urină este prea ridicat și testul nu poate oferi o estimare corectă cu privire la durata de la concepție.

4 Când pot utiliza Clearblue cu indicator de săptămâni?

Puteți efectua testul cu 5 zile înaintea ciclului menstrual întârziat (adică cu 4 zile înainte de ziua estimată a menstruației). Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația și obțineți rezultatul „Absență sarcină”, există totuși o șansă să fiți însărcinată. Consultați diagrama de mai jos cu rezultatele testelor clinice efectuate cu mostre recoltate în fazele timpurii ale sarcinii.

Testare anticipată				
Număr de zile înainte de ziua estimată a menstruației	-1	-2	-3	-4
% mostrelor recoltate de la femei însărcinate al căror rezultat este „Însărcinată”	98%	97%	90%	65%

Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10. Pentru a stabili ziua în care este așteptată menstruația, calculați durata obișnuită a ciclului menstrual numărând de la prima zi a menstruației până la ziua de dinaintea menstruației următoare. Dacă aveți cicluri menstruale neregulate, permiteți trecerea celei mai lungi perioade de ciclu menstrual din lunile recente înainte de a efectua testul.

5 Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune medicală să influențeze rezultatul?

- Înainte de realizarea unui test, citiți întotdeauna instrucțiunile fabricantului pentru orice medicament pe care îl luați.
 - Medicamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot determina rezultate echivoce (aceste medicamente pentru fertilitate sunt administrate de obicei injectabil și efectuarea testării prea curând după administrare poate determina un rezultat fals „Însărcinată”).
 - Alte terapii pentru fertilitate (cum ar fi citratul de clomifen), analgezicele și contraceptivele hormonale (spre exemplu, pilula contraceptivă) nu ar trebui să afecțeze rezultatul.
 - Dacă ați întrerupt recent utilizarea contraceptivelor hormonale sau utilizați tratamente pentru fertilitate cum ar fi citratul de clomifen, este posibil ca ciclurile menstruale să fie neregulate, determinându-vă astfel să efectuați testul prea devreme.
 - Este posibil să obțineți un rezultat fals „Însărcinată” dacă ați fost recent însărcinată (chiar dacă nu ați dus sarcina la termen).
 - Dacă vă apropiați de menopauză este posibil să obțineți un rezultat fals de „Însărcinată”, deși nu sunteți însărcinată.
 - Sarcina ectopică și chisturile ovariene pot determina rezultate echivoce.
 - Sarciniile multiple sau ectopice pot furniza rezultate Indicator săptămâni echivoce.
- În cazul în care obțineți rezultate neașteptate, trebuie să le discutați cu medicul dumneavoastră.

6 Testul spune că sunt „Însărcinată”. Ce trebuie să fac?

Dacă rezultatul este „Însărcinată”, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătui ce este de făcut în continuare. Indicatorul de săptămâni oferă doar o estimare privind data concepției. Doctorul va estima stadiul în care se află sarcina, pe baza primei zile a menstruației anterioare. Concepția are loc cu aproximativ 2 săptămâni înainte de data la care este așteptată următoarea menstruație.

7 Conform testului, sunt însărcinată, dar nu cred că am conceput la data indicată pe Indicatorul de săptămâni. Este posibil acest lucru?

Indicatorul de săptămâni are o exactitate de 93% dacă efectuați testul utilizând prima urină a zilei. Unele medicamente sau probleme medicale pot afecta rezultatul. Consultați Întrebarea 5.

8 Am efectuat înainte un test și am obținut rezultatul „Însărcinată”, dar am reefectuat testul și am obținut „Absență sarcină” sau s-a instalat menstruația. Ce înseamnă aceasta?

Chiar dacă testul are o acuratețe de 99% în detectarea hormonului de sarcină din ziua în care ar trebui să se instaleze menstruația, este posibil să obțineți un rezultat însărcinată și să descoperiți ulterior că nu sunteți însărcinată (de ex., puteți obține mai târziu un rezultat absență sarcină sau să se instaleze menstruația). Aceasta se poate datora pierderii naturale din primele faze ale sarcinii, cunoscută drept „pierdere timpurie de sarcină”, care, din păcate, nu este un eveniment neobișnuit, în condițiile în care 1 din 4 sarcini se încheie prin pierdere timpurie de sarcină. Dacă obțineți rezultate neașteptate, ar trebui să le discutați cu doctorul dumneavoastră.

9 Am efectuat un test înainte și rezultatul a fost „Însărcinată”. Am efectuat un nou test și, conform indicatorului de săptămâni, numărul de săptămâni de la concepție a scăzut. Ce trebuie să fac?

Dacă ați efectuat testul conform instrucțiunilor, utilizând prima urină a zilei în ambele situații, iar Indicatorul de săptămâni a furnizat rezultate neașteptate, ar trebui să consultați doctorul.

10 Testul meu arată rezultatul „Absență sarcină”. Ce trebuie să fac?

- Este posibil să nu fiți însărcinată, nivelul hormonului de sarcină să nu fie suficient de ridicat pentru a fi detectat sau să vă fi calculat greșit ziua estimată a menstruației.
- Dacă ați efectuat testul mai devreme, testați din nou în ziua în care este așteptată menstruația.
- În cazul în care ziua în care se instaleze menstruația a trecut, repetați testarea peste 3 zile. Dacă rezultatul acestui test este „Absență sarcină” și încă nu s-a instalat menstruația, consultați medicul dumneavoastră.

Erori test

Eroare carte - s-a înregistrat o eroare în timpul testului.

Este posibilă una dintre următoarele situații:

- Vârful absorbant nu a fost orientat în jos sau testul nu a fost așezat pe o suprafață orizontală după aplicarea urinei.
- S-a aplicat o cantitate prea mare sau insuficientă de urină. Trebuie să efectuați testarea din nou, folosind un nou test și având grijă să urmați instrucțiunile.

Eroare ecran gol

Testul nu a funcționat așa cum era de așteptat. Acest lucru se poate datora faptului că instrucțiunile de utilizare nu au fost respectate. Va trebui să efectuați un alt test. Urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Eliminarea testului

Înainte de a arunca dispozitivul test, îndepărtați bateria. Aruncați bateriile conform reglementărilor corespunzătoare privind reciclarea. Pentru eliminare, introduceți o monedă în fanta de la capăt și răsuciți pentru a deschide partea posterioară a dispozitivului test. Dacă bateria nu este vizibilă, glisați suportul pentru baterie spre exterior, în direcția săgeții, pentru a ușura scoaterea. **Precauție:** Nu dezamblați, nu reincarcați bateriile și nu le aruncați în foc. Eliminați restul dispozitivului conform reglementărilor corespunzătoare privind echipamentele electrice. Nu aruncați echipamentul electric în foc.

Acest dispozitiv digital IVD îndeplinește cerințele pentru emisii și imunitate ale EN 61326-2-6:2006. Măsurile de protecție EMC utilizate în cadrul instrumentului electronic vor oferi o protecție rezonabilă împotriva efectelor de interferență electromagnetică care ar putea apărea în mediul de acasă. Următoarele avertismente preventive se aplică echipamentului conform cu EN 61326-2-6:2006.

- a) Utilizarea acestui instrument într-un mediu uscat, în special în prezența unor materiale sintetice (îmbrăcăminte, covoare sintetice etc.) poate determina descărcări electrostatice cu efect dăunător, ce ar putea determina rezultate eronate.
- b) Nu utilizați acest instrument în imediata vecinătate a unor surse de radiații electromagnetice puternice (de ex. telefoane mobile), deoarece acestea ar putea interfera cu funcționarea corespunzătoare.

Pentru autotestare la domiciliu. Exclusiv pentru diagnostic in vitro. Nu este destinat uzului intern. A nu se reutiliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra între 2° - 30°C. Dacă au fost păstrate la frigider, înainte de testare lăsați-le să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după „data expirării”. Acest produs include baterii. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

	Producător		A nu se reutiliza
	Cod lot		Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro
	Data expirării		Limită de temperatură 2°C - 30°C

www.clearblue.com

Pentru întrebări referitoare la produs, contactați
Serviciul de asistență clienți la adresa de mai jos:

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.
Clearblue este o marcă comercială a SPD. © 2019 SPD. Toate drepturile rezervate.